

Chung Yuan Christian Universitesi

Çevre Risk Yönetimi Araştırma Merkezi

Test Raporu



T.C.
ANKARA 9. NOTERLİĞİ
Atatürk Bulv. Kocabeyoğlu Pasajı içi
Toygar Apt. Kat:2 No: 5 Yenışehir
Tel: 425 41 52-425 98 46 ANKARA

Test dönemi: 1/4/2019-31/7/2019

Rapor tarihi: 31/7/2019

Rapor sayfası: 2 of 4

No 00381

Aşağıda yer alan numune ve cihaz şirket tarafından temin ve teyit edilmiştir:

07 OCAK 2020

Şirketin ismi: ELECLEAN Co. Ltd.


Ürünün ismi: ELECLEAN Dezenfektan Cihazı

Testin amacı : ELECLEAN Dezenfektan Cihazı tarafından üretilen dezenfektanın gün olarak kararlılık ve stabilite süresi

Test sonucu:

ELECLEAN Dezenfektan Cihazının 15 dakika süreyle elektromekanik aktivasyonunun gerçekleşmesi sonrasında 400mg/L H₂O₂ dezenfektanı üretmek için ELECLEAN Dezenfektan Cihazına ait kullanım talimatının uygulanması sonucunda;

Test 6 günlük sürenin her bir gününde ve aynı saatte dezenfektanın konsantrasyonunu göstermekte olup, dezenfektanın kararlılığı ve stabilitesi en az 6 gün sürmektedir.



ANKARA 9. NOTERİ
Hatice DEMİR
İmza Yetkili Noter
Soner BÜYÜKTAŞIR

Notlar:

1. Test sonucu sadece ELECLEAN Co., Ltd. Tarafından temin edilen numune ve cihaza dayanmaktadır.
2. Herhangi bir düzeltme test sonucunu geçersiz kılacaktır.

DÜNYA DİLLERİ TERCÜME
İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Gazi Osman Paşa Subesi
Yeminli Tercümanlık
B. Eski Meh. Köza Cad. No: 127/4
06.070 Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 447 50 55-95 - Fax: 0 312 447 50 26
Çankaya V.D: 322 002 7886

İŞ BU ÇEVİRİNİN DAİREMİZDE KİMLİĞİ
SAKLI YEMİNLİ TERCÜMANIMIZ
Mahmut ELİBZ TARAFINDAN
Günce ASLINDAN Türkçe'YA
ÇEVİRİLMİŞ OLDUĞUNU ONAYLIYORUM

DÜNYA DİLLERİ TERCÜME BÜROSU
İşbu çeviri Günce Aslından
Türkçe'ya Tarafımdan ve
aslına sadık kalınarak çevirilmiştir